



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИОМЕР»
(ООО НПП БИОМЕР)**

АНАЛИЗАТОР СПИРТСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ

КОЛОС-2

ФОРМУЛЯР

БМКТ.414151.015 ФО



г. Новосибирск

2015

Содержание

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2 Основные сведения об изделии	5
3 Основные технические данные	5
4 Комплектность	5
5 Свидетельство о вводе в эксплуатацию	6
6 Движение изделия при эксплуатации	7
7 Транспортирование	8
8 Учет работы	9
9 Учёт технического обслуживания	9
10 Учёт работы по бюллетеням и актам	11
11 Работы при эксплуатации	12
12 Сведения о рекламациях	13
13 Хранение	13
14 Ремонт	15
15 Результаты поверки	16
16 Гарантии изготовителя	16
17 Особые отметки	18
18. Сведения о контроле состояния изделия и ведения формуляра	19

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий формуляр отражает техническое состояние анализаторов Колос-2 (далее по тексту – анализатор) в процессе эксплуатации и после ремонта.

1.2 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

1.3 Анализатор является средством измерений и подлежит проверке при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации.

Интервал между поверками – не более 12 месяцев.

1.4 Ведение формуляра осуществляется лицом, эксплуатирующим данное изделие (ответственным лицом).

1.5 Записи в формуляр производятся непосредственно в день (смену) применения изделия, изменения его технического состояния или осуществления работ по поддержанию или восстановлению работоспособности изделия.

1.6 Записи в журнале работ осуществляются ответственным лицом совместно с лицом, производящим указанный вид работ, и заверяются их подписями (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя работ).

1.7 Записи о контроле состояния изделия и ведения формуляра осуществляются должностными лицами, уполномоченными проводить мероприятия по контролю.

1.8 Не допускаются записи в формуляр карандашом, смываемыми чернилами, а также подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом (следом) записана новая, заверенная ответственным лицом.

1.9 При передаче изделия в другое учреждение итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью учреждения, передающего изделие.

1.10 Не допускается удаление листов из формуляра и вклейка листов в формуляр.

1.11. В случае окончания какого-либо из разделов формуляра допускается отдельное ведение данного раздела, оформ-

ленного в соответствии с приведенными указаниями для формуляра. При этом на титульном листе под номером формуляра указывается наименование раздела и пометка «(продолжение)». В случае окончания продолжения всем последующим продолжениям присваивается порядковый номер.

1.12. Если продолжение требуется для двух и более разделов, то заводится новый формуляр с тем же номером и отметкой «(продолжение)» на титульном листе. В этом случае строки, оставшиеся свободными на начатых листах, во всех неоконченных разделах формуляра должны быть перечеркнуты Z-образно до конца листа.

Для продолжения формуляра или раздела допускается изменение количества листов в разделах по фактической потребности.

1.13 При необходимости могут вводиться дополнительные разделы формуляра. При этом на титульном листе под номером формуляра указывается наименование раздела и пометка «(дополнение)». Содержание разделов должно соответствовать разделу 7 ГОСТ 2.610-2006, либо определяться нормативным документом, ссылка на который указывается в разделе общих указаний перед указаниями о порядке ведения данного раздела формуляра.

1.14 Листы формуляра должны быть пронумерованными, сброшюрованными, формуляр прошнурован и опечатан печатью учреждения, составившего формуляр, с указанием количества листов и подписью составителя.

1.15 При работе с прибором необходимо руководствоваться документами:

- «ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей»,

а также инструкциями и положениями по предотвращению несчастных случаев, действующими на предприятии.

2 Основные сведения об изделии

2.1 Наименование изделия: Анализатор спиртосодержащих напитков

Обозначение изделия: Колос-2

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

2.2 Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

ООО НПП “БИОМЕР”

Почтовый адрес: 630501, Новосибирская обл., п. Краснообск, а/я 297.

Телефон (383) 308-75-00 (многоканальный)

E-mail: info@biomer.ru <http://www.biomer.ru>

2.3 Наименование и почтовый адрес предприятия-поставщика: _____

2.4 Сведения об утверждении типа

Анализаторы спиртосодержащих напитков Колос-2, выпускается по БМКТ.414151.015 ТУ, тип средства измерения утвержден 06 августа 2015 года.

Номер свидетельства RU.C.31.083.A №40758

Срок действия до 28 июля 2020 года.

3 Основные технические данные

3.1 Основные технические данные и характеристики анализатора приведены в Руководстве по эксплуатации изделия «Анализатор спиртосодержащих напитков Колос-2».

4 Комплектность

Комплектность анализатора приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделия	Количество
Анализатор, соответствующий модификации	1 шт.
Источник питания СН-12-1,5.	под заказ
Шнур питания	1 шт.
Комплект для промывки пробоприемника ячейки	1 шт.
Диск с программным обеспечением	1 шт.
ЗИП	1 шт. *
Формуляр	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.
Методика измерений	1 экз.
Методика градуировки для потребителя	1 экз.
Инструкция по приготовлению аттестованных смесей	1 экз.
*формируется по требованию заказчика	

5 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

5.1 Анализатор спиртосодержащих напитков «Колос», модель _____ заводской номер _____ введен в эксплуатацию _____

_____ наименование предприятия согласно БМКТ.414151.015 ТУ
год, месяц, число вид документа

Работы по вводу системы в эксплуатацию выполнены предприятием _____ согласно _____
наименование предприятия, условное обозначение вид документа

Исполнитель _____
должность личная подпись расшифровка подписи
год, месяц, число

Представитель заказчика, ответственный за эксплуатацию оборудования _____
должность личная подпись расшифровка подписи
год, месяц, число

5.2 Сведения о параметрах анализатора при вводе в эксплуатацию
(заполняются заказчиком)

Таблица 5.1

5.2.1 Параметры настройки

Таблица 5.2

	Обозначение	Значение калибровочного коэффициента

5.2.2 Дополнительные сведения

6 Движение изделия при эксплуатации

6.1 Сведения о движении изделия при эксплуатации

Таблица 6.1

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

6.2 Приём и передача изделия

Таблица 6.2

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

6.3 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

Таблица 6.3

Наименование изделия (съёмной части) и обозначение	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

7 Транспортирование

Транспортирование анализатора должно проводиться в упакованном виде, в крытом подвижном составе в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования группы 5 ГОСТ 15150.

Не допускается транспортирование анализатора в транспорте, перевозящем активно действующие химикаты, а также в транспорте с наличием угольной, кирпичной и цементной пыли.

Транспортирование осуществляется при температуре:

верхнее значение температуры воздуха плюс 50°С;

нижнее значение температуры воздуха минус 50°С.

Относительная влажность воздуха до 95% при температуре 25°С.

Расстановка и крепление транспортных ящиков в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие ударов друг от друга. Транспортирование должно проводиться при транспортной тряске с ускорением не более 30 м/с² при частоте 120 ударов в минуту.

Продолжение таблицы 9.1

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание (наименование, номер и дата документа)	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		после последнего ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	Проверившего работу	

10 Учёт работы по бюллетеням и актам

10.1 Учёт работы, выполняемой по бюллетеням и актам, приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Номер бюллетеня, акта	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего	проверившего

10.1 Учёт работы, выполняемой по указаниям заказчика

Таблица 10.2

Номер указания	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

11 Работы при эксплуатации

11.1 Результаты выполненных работ по текущему ремонту, замене составных частей изделия (комплектующих, покупных изделий) приведены в таблице 11.1.

Т а б л и ц а 11.1

Дата	Наименование работы и причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

11.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

Т а б л и ц а 11.2

Дата	Краткое содержание замечания	Принятые меры	Подпись ответственного лица

12 Сведения о рекламациях

12.1 При обнаружении в пределах гарантийного срока неисправности анализатора, а также несоответствия упаковки, консервации, маркировки, пломбирования и комплектности, указанным в документации или условиям договора на поставку потребитель должен выслать в адрес предприятия-поставщика письменное извещение со следующими данными:

- обозначение изделия, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта или неисправности;
- наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры и средств поверки, указанных в Руководстве по эксплуатации и Методике поверки.

Анализатор должен быть направлен в ремонт в комплекте с формуляром.

12.2 Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зарегистрированы в таблице 12.2.

Таблица 12.2

Номер и дата уведомления	Краткое содержание рекламации	Номер и дата рекламационного акта	Номер и дата акта удовлетворения рекламации	Продление гарантийного срока	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

13 Хранение

13.1 При хранении анализатора потребитель должен руководствоваться правилами хранения:

- анализатор должен храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха от 30 до 80%.

- нельзя хранить анализатор около батарей и других отопительных систем, а также в помещении с большой влажностью и частыми колебаниями температур.

- при резком изменении температуры (при переносе прибора из одного помещения в другое) анализатор необходимо помещать в полиэтиленовый пакет.

- хранение анализатора в транспортной таре должно производиться в закрытом помещении по условиям группы 5 ГОСТ 15150.

- перед вводом в эксплуатацию после транспортирования и хранения в транспортной таре анализатор должен быть выдержан в условиях соответствующим условиям эксплуатации не менее 2 часов.

13.2 Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях, видах хранения и антикоррозионной защите приведены в таблице 12.1.

Таблица 13.1

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение	Примечание
приёмки на хранение	снятия с хранения				

14 Ремонт

14.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Анализатор «Колос», модель _____, заводской номер _____

_____ предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____

Наработка после последнего ремонта _____

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____

14.2 Свидетельство о приемке и гарантии

Анализатор «Колос», модель _____, заводской номер _____

_____ вид ремонта

_____ наименование предприятия, условное обозначение

согласно _____

_____ вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Руководитель службы ремонта

МП _____

личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт в течение всего указанного в гарантийном талоне срока. В случае невозможности выполнения ремонта анализатора – замена его другим в рабочем состоянии. Гарантийный срок (5 лет) устанавливается с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

16.2 Гарантийное обслуживание при наличии заполненного гарантийного талона осуществляется более быстро, четко и качественно. Гарантийное обслуживание выполняется только на предприятии-изготовителе и в его авторизованных сервис-центрах. Доставка неисправного анализатора на ремонт выполняется за счет и силами потребителя, если в специальном договоре на поставку не указано иное. После ремонта гарантийный срок продляется на время, которое анализатор находился в ремонте плюс 14 дней на время транспортировки и заполняет следующий гарантийный талон.

16.3 Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, диски, программное обеспечение.

16.4 Гарантийный ремонт не производится в случае:

- истечения гарантийного срока;
- нарушения целостности заводских пломбирующих заглушек;
- нарушения потребителем правил эксплуатации, в том числе: превышение питающих и входных напряжений и частоты; использования не предусмотренных настоящей инструкцией входных и сетевых шнуров и т.д.;
- наличия механических, химических или тепловых повреждений;
- наличие признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа.
- несоблюдение правил эксплуатации подвергших за собой загрязнение измерительной ячейки, что явилось причиной выхода прибора из строя.

16.5 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет платный ремонт анализатора. При выполнении

этого вида ремонта гарантия устанавливается сроком на 12 месяцев с момента отправки анализатора пользователю при условии оплаты счета за ремонт.

16.6 Порядок заполнения гарантийного талона:

Гарантийный талон заполняется пользователем.

На лицевой стороне талона заполняют наименование организации пользователя, адрес по которому необходимо отправить отремонтированный анализатор, контактное лицо и номер телефона.

16.7 В случае отклонения характеристик от норм, к формуляру, с заполненным талоном, желательно прилагать документ, фиксирующий данные расхождения. Рекомендуются также ознакомиться с соответствующими приложениями к «Руководству по эксплуатации», в котором подробно данная процедура описана более подробно.

Адрес предприятия-изготовителя:

Предприятие: ООО НПП «БИОМЕР».

Почтовый: 630501, Новосибирская обл.,
п.г.т. Краснообск, а/я 297.

Офис: здание СИБИМЭ СО РАСХН, к.280

Тел./факс: (383) 308-75-00

E-mail: info@biomer.ru

www.biomer.ru

17 Особые отметки

18. Сведения о контроле состояния изделия и ведения формуляра

Таблица 18.1

Дата	Вид контроля	Замечания и оценка проверяющего		Должность и подпись проверяющего	Отметка об устранении замечания и подпись исполнителя
		по состоянию изделия	по ведению формуляра		

